

## تجهیزات آزمون عبور نور و ماتی سنجی (Opacity)

مدل: OP 3000

### دامنه کاربرد :

به منظور اندازه گیری میزان درصد عبور نور مرئی از دیواره لوله ها و اتصالات P.P و PVC آبرسانی و سایر قطعات پلاستیکی

### مشخصات دستگاه :

- مجهز به منبع نور با طیف نور در محدوده ۵۴۰ – ۵۶۰ نانومتر
- دارای عدسی و دیافراگم مخصوص جهت موازی نمودن نور تابیده شده
- دارای نگهدارنده مخصوص آزمون
- مجهز به آشکار ساز جهت اندازه گیری میزان نور عبوری از نمونه



### مطابق با استانداردهای :

|        |      |
|--------|------|
| BS EN  | 578  |
| ASTM D | 1003 |
| ISO    | 7686 |

### ویژگیها:

- به کارگیری قطعات با کیفیت و دقت بالا به جهت حساسیت بالای آزمون
- سهولت در حمل دستگاه به جهت حجم کم و وزن پائین
- قابلیت رقابت با دستگاه های وارداتی مشابه