

شرکت دانش بنیان آریانام

Arianam Eng.Co.Ltd.



دستگاه آزمون استقامت دی الکتریکی و مقاومت عایقی (Electrical Properties)



معرفی و دامنه‌ی کاربرد

تعیین استقامت دی الکتریکی و مقاومت عایقی لوله‌های محافظ هادی (لوله برقی) از جنس PVC



مشخصات دستگاه

- مجهز به سیستم اعمال ولتاژ ۵۰۰ ولت دی سی (DC) و ۲۰۰۰ ولت ای سی (AC)
- مجهز به نمایشگر لمسی ۷ اینچی و سیستم کامپیوتری تک بردی (SBC)
- مجهز به سیستم قطع کن جریان
- قابلیت اندازه گیری مقاومت عایقی تا ۲۰۰ مگا اهم
- مجهز به پراب ولتاژ بالا تا ۵۰۰۰ ولت
- قابلیت ذخیره سازی نتایج
- مجهز به سیستم اعلام نشتی
- دارای شیر تخلیه مخزن



مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

- INSO 11215
- IEC 12115-10

شرکت دانش بنیان آریانام

آزمایشگاه پلیمر، طراحی و ساخت تجهیزات، بازرسی، آموزش

تهران - میدان توحید - خیابان نصرت غربی

پلاک ۸۴ - ساختمان آریانام

تلفکس: ۰۲۱-۶۶۹۱۱۰۵۶-۹

واتساپ: ۰۹۳۸ ۲۹۳ ۴۹۶۹

کدپستی: ۱۴۵۷۸۶۳۳۹۴

وبسایت: www.arianam.com

ایمیل: info@arianam.com

